

Naše zn.: 2025/101729/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ru

V Brně dne 27. října 2025

VZMR – Dezinfektor

E-ZAK sys. č. P25V00000543

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvedenou kapacitou myslí možnost dezinfekce 4 bažantů a současně 2 podložních mís v rámci jednoho mycího cyklu, nebo 4 bažanty nebo 2 podložní mísy v jednom cyklu?

Odpověď č. 1:

Požadovaná kapacita myčky je 4 bažanti a 2 podložní mísy současně v rámci jednoho mycího cyklu.

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat nabídku na myčku o rozměrech š x h x v 600 x 450 x 1650 mm?

Odpověď č. 2:

Ano, nabídnuté rozměry akceptujeme.

S pozdravem

Ing. Eva Rusňáková
obchodní oddělení FN Brno