

Naše zn.: 2025/102726/FNBrno - 15.2.1 – Lu/St
Vaše zn.: -

V Brně dne 30. října 2025

VZMR – Zvedák s váhou

Odpověď na vysvětlení dotazu

Dotaz č. 1:

...Žádáme Zadavatele o vysvětlení a upřesnění jaký typ zařízení požaduje (pacientský zvedák sedačkového typu)

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje sprchovací/koupací hygienickou židli/křeslo s pevným sedákem, elektrickým zdvihem a váhou.

Dotaz č. 2:

...Žádáme Zadavatele o vysvětlení a upřesnění jaké zařízení požaduje a pro jaké hygienické činnosti bude zařízení používáno, pro sprchování, pro koupel ve vaně nebo pro sprchování a koupání ve vaně.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje zařízení určeno pro sprchování.

Dotaz č. 3:

...Z požadavků není zcela jasné zda Zadavatel požaduje zařízení s elektrickým zdvihem napájeným pouze akumulátorem nebo přímo z el. sítě nebo požaduje obě možnosti.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje zvedák s dobíjecí baterií, zvedák během provozu funguje na baterii. Baterie je dobíjena připojením do el. sítě 230V/50Hz.

Dotaz č. 4:

...Z požadavků není zcela jasné na které části požadovaného zařízení se má naměřená váha zobrazovat. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 4:

Váha může být zobrazena kdekoliv na zvedáku.

Zadavatel dále uvádí, že zvedák je používán pro přesuny částečně imobilních, sedících a spolupracujících pacientů v rámci oddělení, vážení částečně imobilních pacientů, kteří nemohou sedět na nižších židlích a nejsou schopni vážení ve stoje.

S pozdravem

Bc. Renata Šťastná
Obchodní oddělení FN Brno