

Naše zn.: 2025/102749/FNBrno - 15.2.1 – Lu/St
Vaše zn.: -

V Brně dne 30. října 2025

VZMR – Zvedák s váhou

Odpověď na vysvětlení dotazu

Dotaz č. 1:

...v textu "Technická specifikace" máte uveden požadavek "IP stupeň krytí min. IPX4", tzn. proti stříkající vodě (voda stříká na zařízení ze všech úhlů, při tlaku 50–150 kPa, v množství 10 litrů za minutu po dobu nejméně 5 minut). Prosím o vysvětlení, jak může stříkat voda na pojízdný zvedák s bateriemi bez vniknutí vody do pouzdra s baterií a tudíž poškození tohoto zařízení. Jsou zde také tlačítka, ovladače se spoji, které IPX4 nemají...

Odpověď na dotaz č. 1:

Dotaz nepovažujeme za relevantní k upřesnění technické specifikace.
Požadavek na stupeň krytí IPX4 je jednoznačně definován normou ČSN EN 60529 a zůstává v platnosti beze změny. Způsob konstrukčního řešení, kterým bude tohoto stupně ochrany dosaženo, je plně v kompetenci výrobce zařízení.

S pozdravem

Bc. Renata Šťastná
Obchodní oddělení FN Brno