

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2013/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/Du
Vaše zn.

V Brně dne 7. června 2013

Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění

Předmětem plnění je dodávka **6 ks Elektrokardiografů** pro kliniky FN Brno: Chirurgickou, Neurologickou, Kliniku nemocí plicních a tuberkulózy, Kliniku interní, geriatry a praktického lékařství a Diagnosticko-terapeutické centrum Pracoviště medicíny dospělého věku dle přílohy.

Medicinský účel: elektrické snímání aktivity srdce

2. Doba a místo plnění

- Doba plnění: dle nabídky uchazeče
- Místem plnění jsou CHK, NK, KNPT, KIGOPL, DTC, PMDV - FN Brno.

3. Podmínky pro plnění

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
- vlastní nabídku
- záruční lhůta min. 24 měsíců
- servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době
- pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně
- prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce
- označení CE
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a podmínky:

- Celková nabídková cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené se zajištěním dodávky včetně dopravy, instalace, předvedení funkčnosti a vyčíslením výše DPH zvláště a bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná.
- Položkově bude uvedena cena za kus stejným způsobem

5. Platební podmínky

- Platba bude provedena po splnění dodávky se splatností faktury se všemi náležitostmi daňového dokladu 180 dní. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podepsání předávacího protokolu.

5. Způsob hodnocení nabídek

- Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

6. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

- Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny

7. Poskytování dodatečných informací

- Případné dotazy k VZMR uchazeč umístí prostřednictvím systému pro zadávání veřejných zakázek. Jiná forma dotazu není přípustná

8. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit výběrové řízení bez udání důvodu

9. Termín a způsob podání nabídky

do 18.6.2013 do 11,00 hod.

- a) poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů- obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- b) osobně na sekretariátě Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů (lůžkový trakt 3NP) v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001

- c) nabídka bude označena – „**Nabídka – Elektrokardiografy - Neotvírat**“

10. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Příloha:

Technická specifikace

Technická specifikace na 12-ti kanálový elektrokardiograf

Mikroprocesorem řízený 12-ti kanálový EKG přístroj. Provoz na síť i baterii. Simultánní záznam všech ekg signálů. Dotykový TFT displej zobrazující min. 6 stop ekg.

Technické podmínky:

- min. 8" barevná dotyková obrazovka s rozlišením min. 640x480 bodů
- zápis minimálně šesti stop současně na papír šíře min. 210 mm
- rychlost zápisu 5 - 25 - 50 mm/s
- citlivost: 2.5, 5, 10, 20 mm/mV
- paměť pro min. 100 EKG záznamů (10 sec)
- analýza EKG záznamu a slovní interpretace
- provoz manuál / auto
- přímé propojení EKG přístroje a laserové tiskárny
- automatická kompenzace „baseline“
- vstupní zesilovač: $f_{min} \leq 0.05 \text{ Hz}$ $f_{max} \geq 150 \text{ Hz}$
citlivost: 5 / 10 / 20 mm/mV
odolnost proti defibrilačnímu výboji

Obecné požadavky na přístroj:

- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230V / 50 Hz; vstavený akumulátor
- vozík pod přístroj

Další podmínky:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas.)
- prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a zákona č. 123/2000 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy
- označení přístroje značkou „CE“
- délka záruky min. 24 měsíců
- ohlašovací povinnost servisu - doklad o splnění § 31 zákona č. 123/2000 Sb., v platném znění
- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, cenu PBTk a její četnost, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákona č. 123/2000 Sb., v platném znění, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně výměny předepsaných dílů) a bez vyzvání.
- dva návody k přístroji v českém jazyce: při dodání 1x v listinné podobě, s nabídkou 1x na CD ve formátu *.doc ev. *.pdf)
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

Zadavatel připouští tolerancí +-10% u číselných hodnot za podmínky splnění požadovaného medicinského účelu.