

Naše zn.: 2017/ FNBRNO - 15.2.1– Va/ On  
Vaše zn.: -

V Brně dne 25. 7. 2017

**Odpověď na dotazy k VZMR – Endoskopická sušící skříň**  
2017-EZAK-VZ-1468

**Dotaz č. 1:**

Bude zadavatel akceptovat produkt s následujícími parametry?

Vertikální nevyklopný závěsný systém s 8 (12) pozicemi s následujícími rozměry:

- a) Sušící a skladovací skříň s 8 pozicemi šířka 1280 mm, hloubka 470 mm, výška 2130 mm
- b) Sušící a skladovací skříň s 12 pozicemi šířka 1960 mm, hloubka 470 mm, výška 2130 mm

**Odpověď č. 1:**

Zadavatel trvá na svém požadavku na výklopný systém uchycení endoskopů, který zabezpečí snadnější manipulaci s endoskopy a sníží riziko poškození distálních konců endoskopů. Také usnadní manipulaci s endoskopy pro sestry menšího vzrůstu.

U rozměrů sušící skříňe budeme akceptovat nabízenou výšku skříňe (2130 mm) a její hloubku (470 mm). Šířka skříňe s osmi pozicemi, je vyhovující, ale zase skříň nesplňuje požadavek na uložení deseti endoskopů, takže tuto nebudeme akceptovat. Také nebudeme akceptovat šířku skříňe s 12 pozicemi – 1960 mm z důvodu prostorové dispozice místnosti.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská  
vedoucí obchodního oddělení  
FN Brno

v.z. Ing. Hana Egerlová

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel.: 532 233 805