

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: 71234621/0100

Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO

www.fnbrno.cz

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon))

### **Veřejná zakázka: Anesteziologické přístroje**

#### **dle § 85 odst. 2 písm. a)**

Identifikační údaje zadavatele	Obchodní firma: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA IČ: 65269705
Předmět veřejné zakázky	Předmětem zadávacího řízení bylo uzavření kupní smlouvy na 2 ks anesteziologických přístrojů.
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/	Anesteziologické přístroje, typ: Avance CS2 - 1.660.000,- Kč

#### **dle § 85 odst. 2 písm. b)**

Zvolený způsob zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
----------------------------------	--------------------------------

#### **dle § 85 odst. 2 písm. c) – vybraný uchazeč**

Uchazeč	<b>medisap, s.r.o.</b>
Sídlo	Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3
IČ:	48029360
DIČ:	CZ48029360
Důvod výběru	Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky. Nabídka uchazeče byla na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako nejvhodnější.

#### **dle § 85 odst. 2 písm. d) – uchazeči a nabídkové ceny**

##### Uchazeč č. 1

Uchazeč	<b>Dräger Medical s.r.o.</b>
Sídlo	Pod Sychrovem I-81/1063, 101 00 Praha 10
IČ:	26700760
DIČ:	CZ26700760
Nabídková cena (bez DPH)	1.516.000 Kč

##### Uchazeč č. 2

Uchazeč	<b>Hoyer Praha s.r.o.</b>
Sídlo	Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3

IČ:	47538198
DIČ:	CZ47538198
Nabídková cena (bez DPH)	1.796.940 Kč

#### Uchazeč č. 3

Uchazeč	<b>Technicare, spol. s r.o.</b>
Sídlo	Pod Myslivnou 17/360, 739 24 Ostrava – Nová Bělá
IČ:	26817802
DIČ:	CZ26817802
Nabídková cena (bez DPH)	1.199.800 Kč

#### Uchazeč č. 4

Uchazeč	<b>A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.</b>
Sídlo	Letohradská 3/
IČ:	47538198
DIČ:	CZ47538198
Nabídková cena (bez DPH)	1.796.940 Kč

#### Uchazeč č. 5

Uchazeč	<b>medisap, s.r.o.</b>
Sídlo	Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3
IČ:	48029360
DIČ:	CZ48029360
Nabídková cena (bez DPH)	1.660.000 Kč

#### **dle § 85 odst. 2 písm. e) – vyloučení uchazeči**

Uchazeč	Dräger Medical s.r.o.
Sídlo	Pod Sychrovem I-81/1063, 101 00 Praha 10
IČ:	26700760
Důvod vyloučení	Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci tím, že nesplnil požadavek zadavatele na 2x TT.

Uchazeč	Technicare, spol. s r.o.
Sídlo	Pod Myslivnou 17/360, 739 24 Ostrava – Nová Bělá
IČ:	26817802
Důvod vyloučení	Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci tím, že nesplnil požadavek zadavatele na PEEP 0 – 20 cm H <sub>2</sub> O.

Uchazeč	A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Sídlo	Letohradská 3/
IČ:	47538198
Důvod vyloučení	Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci tím, že nesplnil požadavek zadavatele na dechový objem (TV) min. 20 – 1500 ml, dechová frekvence min. 4 – 100/min. a v nabídce není uvedeno, zda splňuje požadavky zadavatele na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- autotest přístroje</li> <li>- neonatální použití pro pacienty od 500 g tělesné hmotnosti</li> <li>- poměr I:E min. od 2:1 do 1:8</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PEEP 0 – 20 cm H<sub>2</sub>O</li> <li>- low-flow a minimal low-flow anestezie (průtok čerstvých plynů max 1,5 l/min)</li> <li>- vizuální kontrola funkce a těsnosti systému (např. systém měchu ve válci)</li> <li>- zdroj kyslíku z centrálního rozvodu nebo z tlakové lahve</li> <li>- integrovaný odvod anesteziologických plynů (odsávání přebytečných plynů z patientského okruhu) včetně hadice a koncovky do odsávání na pracovišti uživatele</li> <li>- 2 pozice pro umístění odpařovačů anestetik, blokování současného použití</li> <li>- 2 ks odpařovač anestetik (1 ks Isofluran, 1 ks Sevofluran) včetně plicích adaptérů</li> <li>- kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu</li> <li>- měření spotřeby FiO<sub>2</sub>-EtO<sub>2</sub></li> <li>- připojení na stávající rozvody medicinálních plynů (MZ Liberec) - vzduch, O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, vakuum, včetně přívodních tlakových hadic</li> <li>- akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti</li> <li>- vozík na přístroj, včetně držáku na 2 ks 10 l tlakové lahve, kolečka vybavena brzdou, úchyty pro usnadnění transportu</li> <li>- úložná zásuvka na příslušenství</li> <li>- malý patientský okruh včetně hadic a absorberu s uvedením mrtvého prostoru</li> <li>- náhradní příslušenství pro okamžité použití přístroje pro další operaci (sterilizace) min 2 hadicové okruhy pro dospělé a min 2 pro děti včetně manuální ventilace v ceně nabídky</li> <li>- možnost připojení jednocestných okruhů</li> <li>- napájení 230 V/50 Hz</li> <li>- zobrazení ekonomiky spotřeby anestetik.</li> </ul>
--	--

**dle § 85 odst. 2 písm. f) – odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu**  
 -----

**dle § 85 odst. 2 písm. g) – zdůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacím řízení s uveřejněním či jednacím řízení bez uveřejnění**  
 -----

**dle § 85 odst. 2 písm. h) – důvod zrušení zadávacího řízení**  
 -----

Zpráva zpracována dne:	4. 10. 2013
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	MUDr. Roman Kraus, MBA
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	