

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: 71234621/0100

Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS

www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2013/ /FNBRNO – 15.2.1 – Va/Du
Vaše zn.: -

V Brně 5. listopadu 2013

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka **stomatologické soupravy** pro Klinikou ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Medicínský účel – pro provádění oprav, hygieny a léčení chrupu

Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.

Předmět plnění musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

2. Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil pouze k doplnění vzorový text kupní smlouvy bez jakýchkoliv změn k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

3. Další podmínky zadavatele

Součástí nabídky musí být v českém jazyce:

- ES prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a 123/2000 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy ZP, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů,
- doklad o splnění oznamovací povinnosti autorizovaného servisu v ČR dle § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,
- návod k ovládání 1x v datové podobě na CD/DVD/ flash disk ve formátu *.doc ev. *.pdf,

- uvedení technických podmínek provozu (teplota, vlhkost, apod.),
- podmínky stavební připravenosti (kvalita jednotlivých médií)
- kompletní nabídka včetně technických údajů s oceněním jednotlivých položek

Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu,
 - cena servisu (bez náhradních dílů)
 - cestovní náklady
 - doba nástupu na opravu
 - doba ukončení opravy a předání do provozu
 - možnosti zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72 hodin),
- seznam pracovišť vybavených daným typem soupravy.

Pozn.: Tyto dokumenty jsou čistě informativní, požadované za účelem zjištění případných pozáručních servisních podmínek zájemce.

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit (z jakéhokoliv důvodu) až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Celková nabídková cena bude zpracována jako celková nabídková cena v Kč bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH, a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá) a preventivní bezpečnostně technické kontroly po dobu záruční doby.
- Zájemce též v nabídce uvede ceny jednotlivých nabízených položek včetně příslušenství, které je součástí nabídky, a to v členění v Kč bez DPH, včetně DPH a s vyčíslením DPH zvlášť.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH.

6. Poskytování dodatečných informací

V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícímu poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

7. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v listinné podobě. Obálka s nabídkou bude označena slovy „Nabídka – **Stomatologická souprava II - Neotevírat**“.

Nabídka bude obsahovat:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů
- Krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
- Návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy
- Doklady dle 3. bodu této výzvy
- Cenová nabídka dle 4. bodu této výzvy

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

8. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 19.11.2013 do 11,00 hod.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- osobně na výše uvedené adrese na sekretariátu Odboru obchodu a marketingu, 3. NP lůžkového traktu – pavilónu L, v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod.

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 – Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Lesya Dudchukova tel.:532 232 127

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

Stomatologická souprava se stabilním plivátkovým blokem, otočným plivátkem, zubolékařským LED svítidlem a stolkem nástrojů lékaře na pohyblivých ramenech s možností nastavení vertikálního i horizontálního pohybu.

Na straně lékaře

5 –ti nástrojové vybavení se zavěšenými hadicemi (spodní vedení) umožňující rozšíření na 6

1. 3 funkční stříkačka včetně 2 náhradních kanyl
2. turbínová hadice se světelnou rychlospojkou systému multiflex a regulací vody
3. bez uhlíkový mikromotor s LED osvětlením –
- otáčky regulovatelné v rozsahu 100-40.000 ot/min
4. bez uhlíkový mikromotor s LED osvětlením
- otáčky regulovatelné v rozsahu 100-40.000 ot/min
5. odstraňovač zubního kamene s LED světlem a základní sadou min. 3 koncovek

Na stolku lékaře

- nastavení jednotlivých instrumentů s uložením do paměti přístroje
 - paměťový uživatelský profil min. pro 6 lékařů
- výstup USB
- rameno s táckem
- budoucí dovybavení integrovanou pumpou na fyziologický roztok

Na straně sestry

- malá a velká savka
- 3 funkční stříkačka
- polymerizační lampa
 - výkon min. 1000mW/cm²
- ovládací panel s nastavitelnou výškou
- tácek

Zubní křeslo

- Automatické polohování (včetně Trendelenburgovy polohy)
 - Min. 6 poloh s uložením do paměti
- Nastavení vlastních automatických poloh
- Dvou kloubová opěrka hlavy umožňující ošetření i imobilních pacientů
- Dvě opěrky rukou
- Ovládání křesla ze stolku lékaře, sestry a z multifunkčního nožního spínače

Součástí dodávky musí být

Instrumenty

- Světelná turbína, výkon min. 18W
- Rovný světelný násadec 1:1 s výměnným vodním mikrofiltrem
- Úhlový světelný násadec 1:1 s výměnným vodním mikrofiltrem

Odlučovač amalgámu – interní

Zubolékařské LED svítidlo na polohovatelném rameni integrovaném v soupravě

- Svítivost min 40.000 LUX

- Sterilizovatelné rukojeti

Pojízdná sedačka pro lékaře

Další podmínky vybavení

- Automatické vypínání a napouštění skleničky a oplachování plivátka
- Programování množství vody do skleničky a plivátka
- Otočné a snímatelné plivátko
- nouzové spínací bezpečnostní ochranné prvky
- možnost napojení na systém centrální desinfekce
- kompletní hygienický automatický program (automatické proplachování odsávacího systému včetně odlučovače, automatické dávkování desinfekce při spouštění spreje nástrojů a napouštění skleničky)

Pokud zadavatel uvádí v technické specifikaci pojem „možnost“, myslí tím vlastnost, funkci či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tj. zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod.)