

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: 71234621/0100

Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS

www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2013/ /FNBRNO – 15.2.1 – Va/Du  
Vaše zn.: -

V Brně 28. listopadu 2013

## Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

### 1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka **infuzní techniky** pro Jednotku intenzivní péče - Interní gastroenterologické kliniky, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Medicínský účel – podávání léku pacientům na JIP

Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.

Přístroj musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů.

### 2. Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text kupní smlouvy bez jakýchkoliv změn k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1.vzorového textu kupní smlouvy).

### 3. Další podmínky zadavatele

Součástí nabídky musí být v českém jazyce:

- ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády 336/2004 v znění pozdějších

předpisu, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky s uvedením klasifikační třídy,

- doklad o splnění oznamovací povinnosti autorizovaného servisu v ČR dle § 31 zákona č. 346/2003 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,
- návod na ovládání každého přístroje - 1x v datové podobě na CD/DVD/flash disku ve formátu \*.doc ev. \*.pdf.

Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu, možnosti zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72 hodin),

#### Servisní informace

| Místo servisu | Servisní práce: KČ/ hod | Cestovné: KČ/ km | Doba nástupu na opravu v záruce / mimo záruku | Zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské opravy | Čestnost předepsané servisní kontroly / PBTk / validace | Cena předepsané servisní kontroly / PBTk / validace | Klasifikační třída zdravotnického přístroje |
|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               |                         |                  |                                               |                                                        |                                                         |                                                     |                                             |
| Poznámky      |                         |                  |                                               |                                                        |                                                         |                                                     |                                             |
|               |                         |                  |                                               |                                                        |                                                         |                                                     |                                             |

- seznam možného příslušenství včetně aktuální cen,
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje,
- roční náklady na spotřební materiál

Pozn.: tyto dokumenty jsou čistě informativní, požadované za účelem zjištění případných pozáručních servisních podmínek zájemce, možností dokoupení příslušenství, apod.

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit (z jakéhokoliv důvodu) až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

#### 4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Celková nabídková cena bude zpracována jako celková nabídková cena v Kč bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH, a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, vstupní validace a kalibrace, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá) a preventivní bezpečnostně technické kontroly v průběhu záruční doby.
- Zájemce též v nabídce uvede ceny jednotlivých nabízených položek včetně příslušenství, které je součástí nabídky, a to v členění v Kč bez DPH, včetně DPH a s vyčíslením DPH zvlášť.

## 5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH.

## 6. Poskytování dodatečných informací

V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

## 7. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v listinné podobě a bude vložena do obálky označené slovy „Nabídka – **Infuzní technika pro IGEK - Neotevírat**“.

Nabídka bude obsahovat:

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
- krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.,
- návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy,
- doklady dle 3. bodu této výzvy,
- cenovou nabídku dle 4. bodu této výzvy.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky a obálky s CD nosičem. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

## 8. Lhůta a místo podání nabídky

### Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 12.12.2013 do 11,00 hod.

### Místo:

- poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno  
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení  
Jihlavská 20  
625 00 Brno**

- osobně na výše uvedené adrese na sekretariátu Odboru obchodu a marketingu 3. NP lůžkového traktu – pavilón L, v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod.

## 9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská  
vedoucí obchodního oddělení

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Lesya Dudchuková, tel.: 532 232 127

## Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

**Požadujeme bezplatné sjednocení SW u stávajících přístrojů s nově dodanými a aktualizací seznamu léků ve stávajících přístrojích.**

**Předmětem zakázky je 6 infuzních sestav, z nichž každá musí sestávat z 2 ks lineárních dávkovačů, 2 ks infuzních pump, 1 ks dokovací stanice a infuzního stojanu.**

### **Požadavky na lineární dávkovače:**

- nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min 0,01 – 500 ml/h
- nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí min 0,1 – 999 ml
- nastavitelná rychlost bolusu v rozmezí min 20 – 1200 ml/h
- uživatelské nastavení objemu bolusu
- uživatelské nastavení alarmu okluzního tlaku min v 6 úrovních
- přesnost dávkování min.  $\pm 2\%$
- interní paměť přístroje na seznam min. 450 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky
- dávkovač musí umět pokračovat v infuzi po jiném dávkovači, který předtím podával stejný lék
- provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a/nebo z integrovaného akumulátoru
- provoz z nového a plně nabitého akumulátoru po dobu min. 8 h (při rychlosti dávkování 20 ml/h)
- možnost použití stříkačky o objemu 5, 10, 20, 50/60 ml
- hmotnost přístroje max 1,9 kg
- uživatelsky aktivovatelný zámek změny parametrů infuze (např. pacientem)

### **Požadavky na infuzní pumpy:**

- nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min 0,1 – 1200 ml/h
- nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí 0,1 – 9999 ml
- nastavitelná rychlost bolusu v rozmezí min 50 – 1200 ml/h
- uživatelské nastavení objemu bolusu
- uživatelské nastavení alarmu okluzního tlaku min v 6 úrovních
- přesnost dávkování min.  $\pm 5\%$
- interní paměť přístroje na seznam min. 450 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky
- aktivace alarmu vzduchových bublin v infuzním setu při detekci bubliny o objemu od 0,05 ml výše
- provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) nebo z integrovaného akumulátoru
- provoz z nového a plně nabitého akumulátoru po dobu min. 4 h (při rychlosti dávkování 20 ml/h)
- hmotnost přístroje max 1,9 kg
- uživatelsky aktivovatelný zámek změny parametrů infuze (např. pacientem)

### **Požadavky na dokovací stanice:**

- současné zapojení 4 ks lineárních dávkovačů a infuzních pump do libovolné pozice (v případě potřeby umožní vložení 4 ks dávkovačů nebo 4 ks pump)

- možnost přenosu dat (podávaná léčiva, alarmy apod.) o stavu připojených infúzních pump a lineárních dávkovačů prostřednictvím dokovací stanice do PC běžně používaných na oddělení
- hmotnost dokovací stanice max 5 kg
- zajištění identifikace alarmů (optické i akustické) s rozlišením jejich závažnosti

#### **Požadavky na sestavy**

- pro napájení infuzní sestavy bude použit pouze jeden přívodní kabel
- kompatibilita se stávajícím vybavením IGEK (infuzní technika B.Braun Space)
- požadujeme bezplatné sjednocení SW u stávajících přístrojů s nově dodanými a aktualizaci seznamu léků ve stávajících přístrojích.