

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO
www.fnbrno.cz

Brno 24. srpna 2012

Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění

Předmětem plnění je dodávka **1ks Tromboelastografu** pro Kliniku dětské anesteziologie a resuscitace, Pracoviště dětské medicíny/Dětská nemocnice, FN Brno dle přiložené technické specifikace.

Medicínský účel – Trombelastograf je vhodný pro akutní diagnostiku koagulačních poruch v průběhu operace a v pooperačním monitorování. Signifikantní význam může mít i v průběhu použití ECMO. Výsledkem je aplikace cílené léčby při současně nižších nákladech na léčbu (nižší spotřeba krevních aj. preparátů, nižší počet reoperací, nižší počet komplikací, zkrácení doby léčby).

2. Místo a doba plnění

- Místem plnění je FN Brno, PDM/DN, KDAR
- Doba plnění : splnění dodávky do 15.11.2012 a je podmínkou zadavatele

3. Podmínky pro plnění

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
- vlastní nabídku
- záruční lhůta min. 24 měsíců
- servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době
- pravidelné servisní prohlídky (PBTK) předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání
- prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce
- označení CE
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

- Celková nabídková cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním přístrojů včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a vyčíslením výše DPH zvlášť
- Platební podmínky – platba proti faktuře po splnění dodávky s termínem splatnosti do 31.12.2012. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podepsání předávacího protokolu.

5. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

- Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny

6. Způsob hodnocení nabídek

- Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit výběrové řízení

8. Termín a způsob podání nabídky

do 3.9.2012 do 11,00 hod.

a) poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů- obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

b) osobně na výše uvedené adrese na sekretariátě Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001

c) nabídka bude označena – „**Nabídka – Tromboelastograf - Neotvírat**“

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy :

Technická specifikace

Technická specifikace na tromboelastograf pro KDAR, PDM

Medicínský účel:

Tromboelastograf je vhodný pro akutní diagnostiku koagulačních poruch v průběhu operace a v pooperačním monitorování. Signifikantní význam může mít i v průběhu použití ECMO. Výsledkem je aplikace cílené léčby při současně nižších nákladech na léčbu (nižší spotřeba krevních aj. preparátů, nižší počet reoperací, nižší počet komplikací, zkrácení doby léčby).

Požadavky na přístroj:

- Stolní rotační tromboelastometr
- Testy screeningové i diferenciální
- Minimálně 3 nezávislé kanály
- Automatizovaná pipeta
- Standardizované reagensy a kontrolní materiály
- Nastavitelná teplota měření 30 – 40°C ($\pm 10\%$)
- Připojení k NIS
- Připojení tiskárny a čtečky čárových kódů
- Měřené parametry, např: koag. čas (CT), kinetika tvorby koagula (CFT, α), pevnost koagula (MCF), amplituda v čase (A_t), max. lýza (ML), lýzační indexy (LI), ad.
- Rychlá inicializace přístroje: max. 5 min ($\pm 10\%$)
- Možnost přemístění přístroje bez nutnosti kalibrace nebo jiných nastavení
- Ovládání pomocí dotykového displeje

Obecné požadavky na přístroj:

- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230V / 50 Hz

Další podmínky:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)
- kompletní dodávka musí obsahovat i nezbytné příslušenství a spotřební materiál pro první uvedení do provozu.
- prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy
- označení přístroje značkou „CE“
- délka záruky min. 24 měsíců
- doklad o splnění zákona 346/2003 Sb., § 31 v platném znění
- uveďte místo servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb., v platném znění, včetně nutného spotřebního materiálu, musí být prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání
- dva návody k přístroji v českém jazyce (pokud možno 1x na CD ve formátu *.doc ev. *.pdf)
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek