

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: 71234621/0100

Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS

www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2014/..FNBRNO – 15.2.1 – Va/Z

Vaše zn.: -

V Brně 14.4.2014

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka 1ks Atomového absorpčního spektrofotometru pro Oddělení klinické biochemie, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Medicínský účel – vyšetření prvků v biologických materiálech; krevní séru, plná krev, moč, mineralizáty tkání apod.

Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.

Přístroj musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

2. Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text kupní smlouvy k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

3. Další podmínky zadavatele

Součástí nabídky musí být, v českém jazyce:

- ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením klasifikační třídy
- doklad o splnění oznamovací povinnosti autorizovaného servisu v ČR dle § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,
- návod k přístroji na CD

Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu, možnosti zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72 hodin),
- seznam možného příslušenství včetně aktuální cen
- seznam pracovišť vybavených daným typem přístroje
- podrobný popis veškerého příslušenství
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

Pozn.: Tyto dokumenty jsou čistě informativní, požadované za účelem zjištění případných pozáručních servisních podmínek zájemce, možností dokoupení příslušenství, apod.

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit (z jakéhokoli důvodu) až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Celková nabídková cena bude zpracována jako celková nabídková cena v Kč bez DPH, včetně DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH, a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, recyklační poplatky (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly bez nároku na úplatu nad rámec kupní ceny.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH

6. Poskytování dodatečných informací

- V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

7. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě v listinné podobě a bude vložena do obálky označené slovy „Nabídka –Atomový absorpční spektrofotometr-Neotevírat“.

Nabídka bude obsahovat:

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
- krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.,

- návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy,
- doklady dle 3. bodu této výzvy,
- cenová nabídka dle 4. bodu této výzvy.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

8. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 28.4.2014 do 11,00 hod.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- osobně na výše uvedené adrese na sekretariátu Odboru obchodu a marketingu, 3. NP lůžkového traktu, v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod.

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 – Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Zhorná, tel. 532 232 588

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

Přístroj na vyšetření prvků v biologických materiálech; krevní séru, plná krev, moč, mineralizáty tkání apod.

Technické podmínky:

- Dvoupaprskový atomový absorpční spektrometr pro analýzu prvků v plamenu (technika FAAS) a v grafitové kyvetě (technika AAS-ETA)
- Současná analýza vzorků oběma atomizačními technikami (např. na dvou samostatných přístrojových jednotkách optimálně řízených softwaru jednoho sdíleného PC pro obsluhu jedním operátorem).
- Deuteriová korekce pozadí pro analýzy v plamenu a Zeemanova korekce pozadí pro analýzy v kyvetě.
- Osm pozic pro umístění výbojek s dutou katodou pro jednotku FAAS i pro jednotku AAS-ETA
- Automatická optimalizace nastavení pozice lamp, softwarově ovládané nastavení maximální energie lamp optikou
- Možnost použití kódovaných, nekódovaných, víceprvkových či vysoce výkonných katodových výbojek
- Vysokonapěťové zdroje pro provozování výkonných (Ultra/Super) lamp alespoň na dvou pozicích u techniky FAAS i techniky AAS-ETA
- Pro FAAS hořák délky 10 cm z odolného materiálu pro směs acetylén/vzduch s elektronickým nastavením výšky
- Bezpečnostní prvky pro techniku FAAS proti výbuchu a popálení obsluhy
- Pro AAS-ETA: automatický podavač pro minimálně 50 vzorků umožňující programovatelné nastavení teploty a počtu dávkování vzorku, automatický přídavek modifikátorů, spajkování, automatické ředění silně koncentrovaných vzorků v průběhu analýzy a příprava standardů z jednoho zásobního roztoku.
- Možnost budoucího doplnění jednotky FAAS o softwarově řízený automatický podavač vzorků
- Možnost budoucího doplnění jednotky FAAS o jednotku pro analýzu prvků hydridovou technikou
- Pro AAS-ETA sledování dávkování a sušení v grafitové kyvetě v reálném čase s možností nahrávání záznamu snímaných procesů
- Externí chladič jednotka („water chiller“) pro chlazení modulu AAS-ETA
- Soubor kódovaných lamp (Ca, Mg, Zn, Cu, Fe, Mn, Pb, Al, Cr, Ni) a lampa s vysokou intenzitou záření pro Se součástí dodávky
- Součástí dodávky ovládací a vyhodnocovací stanice (tj. sestava PC s monitorem a barevnou tiskárnou) s operačním systémem Windows 7 (či novějším) a ovládací a vyhodnocovací software.
- Ovládací a vyhodnocovací software musí splňovat požadavky na kooperaci s programy třetích stran - export dat do tabulkových a textových editorů (MS Office).
- Garantovaná dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 8 let od instalace přístroje
- Operativní dostupnost telefonické, e-mailové, technické a aplikační konzultace a dostupnost servisního zásahu max. do 48 hod s tím, že se opravy provádějí v místě instalace přístroje.

Obecné požadavky na přístroj:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas...)
- délka záruky min. 24 měsíců
- dodávka včetně redukčních ventilů pro připojení tlakových lahví tuzemského dodavatele
- napájení 230V / 50 Hz