

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), nazvané

„Obnova rozvodů medicinálních plynů pro KICH“

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČ: 65269705

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: Fakultní nemocnice Brno
IČ: 65269705
DIČ: CZ65269705
Sídlo zadavatele: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Statutární orgán: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím České republiky – Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

II. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je koupě nových zdrojových mostů včetně montáže pro jednotku intenzivní péče Kliniky infekčních chorob v prvním nadzemním podlaží pavilonu B, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž odborná demontáž stávajících zdrojových mostů.

II.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kódy:

44400000-4 Různé zpracované výrobky a související díly
33100000-1 Zdravotnické přístroje

Hlavní CPV kód:

44400000-4 Různé zpracované výrobky a související díly

II.2. Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

III. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které dodavatel prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem.

Splnění podmínek kvalifikace prokazuje dodavatel již ve své nabídce, a to **předložením prostých kopií požadovaných dokumentů**. Kopie mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o splnění podmínek kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel: 532 231 013, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

III.1. Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží **výpis z Rejstříku trestů** k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení **v zemi svého sídla**.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) zákona **potvrzení příslušného finančního úřadu** ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), a dle § 75 odst. 1 písm. c) zákona **písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani** podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.
- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona **písemné čestné prohlášení** podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení **nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění**, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.
- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) zákona **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení** k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že **nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení** a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.
- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) zákona **výpis z obchodního rejstříku**, nebo předloží písemné čestné prohlášení, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

III.2. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona **výpis z obchodního rejstříku** nebo **jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.3. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných dodávek obsahující **minimálně 1 významnou obdobnou dodávku** poskytnutou za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Za významnou obdobnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje jednorázová dodávka zdrojových mostů pro jednotku intenzivní péče zdravotnického zařízení, která zahrnuje montáž dodaných zdrojových mostů. Minimální finanční objem této významné obdobné dodávky bez DPH musí činit alespoň 1 350 000,- Kč.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona **popisy nebo fotografie všech výrobků** určených k dodání. Tento kvalifikační předpoklad účastník zadávacího řízení prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel tedy musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických podmínek.

III.4. Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

III.5. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.

V takovém případě je povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

III.6. Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona. Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje v tomto výpisu prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace), starší než 3 měsíce.

III.7. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost účastníkům zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

IV. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je v technické specifikaci níže užit pojem „možnost“, rozumí se tím vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn. že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

IV.1. Dodávka Zboží

Zadavatel požaduje dodávku:

- 2 ks dvoulůžkových zdrojových mostů dle následující specifikace; a
- 2 ks jednolůžkových zdrojových mostů dle následující specifikace.

Zadavatel požaduje následující výbavu tělesa zdrojového mostu pro jedno lůžko:

- 1x přímé osvětlení (vypínač na zdrojovém sloupu);
- 1x nepřímé osvětlení – Bude ve formě obyčejné lampičky s dlouhým ohebným krkem na přisvícení do dokumentace nebo ke konkrétnímu přístroji. (vypínač na rampě nebo lampičce), min. délka 60 cm, viz vizualizace C;
- 1x noční osvětlení (vypínač u dveří místnosti);

- 1x zdrojový sloup, otočný na rameni, posuvný, nosnost min. 100 kg. Typ sloupu viz vizualizace níže. Otočná rampa. Umístění medicinálních plynů z pohledové přední strany, pro snadnou obsluhu u pacienta. Elektrické zásuvky v zadní, spodní, případně boční straně, viz vizualizace B;
- 1x mezilůžková zástěna - Bude umístěna na stěně, která je za hlavou pacienta, aby byla místa oddělena i při posunu lůžka. Délka zástěny musí zcela oddělit pokoj od stěny za hlavou pacienta až po zakončení lůžka v nohou pacienta – tento požadavek platí pouze pro dvoulůžkové mosty.


Zadavatel požaduje následující výbavu zdrojového sloupu:

- 6x zásuvka 230V (VDO-ZIS), 6x zásuvka 230V (DO-ZIS);
- Zásuvka ochranného pospojování u každé zásuvky 230V;
- Min. 3x RJ45 CAT 6a, 1ks – pro centrálu monitorů vitálních funkcí, 1ks pro centrálu infuzní techniky, 1ks záložní;
- vypínač přímého osvětlení;
- 2x rychlospojka kyslík, 2x rychlospojka stl. vzduch, 2x rychlospojka vakuum, viz vizualizace G níže.

Zadavatel požaduje následující příslušenství zdrojového sloupu v rozvržení dle dále uvedené vizualizace:

- 1x uchycení zobrazovacího LCD monitoru (přenos dat z monitoru vitálních funkcí) - nosnost min. 15 kg – upřesnění popisu viz vizualizace níže. Dvoudílné rameno s pohyblivým kloubem. Madlo pro polohování nahoru/dolů/do stran. Varianta s kratším ramenem – viz vizualizace A;
- 1x police min. rozměr 420 x 460 mm - viz vizualizace F níže, pro pevné uchycení monitoru vitálních funkcí a UPS, nosnost min. 25 kg + boční medilišty;
- 1x police (min. rozměr 420 x 460 mm) se dvěma šuplíky a berany pro ovládání otočného ramene – viz vizualizace F níže, nosnost min. 25 kg;
- Otočná ramena pro infuzní sestavu, nosnost min. 35 kg - viz vizualizace E níže, ramena s kloubem, uchycení nahoře a dole. Spodní rameno umístěno tak, aby byla kompletní infuzní sestava min. 80 cm nad výškou podlahy. Mezi otočnými rameny prostor min. 100 cm, pro umístění dokovací stanici Space se 3 moduly;
- Teleskopická tyč pro infuze – viz vizualizace D níže. Uchycení otočným ramenem s kloubem v horní části stojanu pod vysouvací částí, aby byla možnost dalšího zavěšení ZP na infuzní tyč. Nosnost min. 6 kg. Navržené řešení musí umožnit přesouvání infuzního stojanu za/před tyč s dokovací stanicí infuzní techniky;
- Umístění držáku LCD monitoru a závěsu infuzní techniky včetně teleskopické tyče na infuze musí být možné umístit z levé i pravé strany zdrojového sloupu. Přesné umístění bude upřesněno před instalací.

Vizualizace:



IV.2. Provedení demontáže

Zadavatel požaduje před zahájením montáže dodaného Zboží provést odbornou demontáž 6 ks stávajících zdrojových mostů souladu s právními předpisy. Stávající zdrojové mosty jsou umístěny v areálu zadavatele Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, a to v místnostech B.B.1.22, B.B.1.23, B.B.1.27 a B.B.1.30.

IV.3. Provedení montáže

Zadavatel požaduje provedení montáže Zboží, a to:

- dle požadavků vyplývajících z této zadávací dokumentace;
- za podmínek kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace; a
- dle požadavků statického posudku, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace;

Zadavatel tedy požaduje ukotvit Zboží do stropní konstrukce nad 1. nadzemním podlažím budovy B ve svém areálu Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, a to v místnostech B.B.1.22, B.B.1.23, B.B.1.27 a B.B.1.30.

V. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, doby a místa plnění, jsou obsaženy v závazném návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, přičemž platí následující požadavky zadavatele na doplnění tohoto návrhu kupní smlouvy (viz dále kap. X této zadávací dokumentace):

- kupní smlouva musí být předložena ve znění uvedeném v příslušné příloze této zadávací dokumentace, a to bez jakýchkoli změn;
- do kupní smlouvy je však účastník zadávacího řízení povinen doplnit zadavatelem vyznačené údaje, přičemž jako kupní cenu účastník zadávacího řízení uvede nabídkovou cenu;

- do přílohy č. 1 kupní smlouvy účastník zadávacího řízení **přehledně** a **ve strojově čitelném formátu** doplní detailní specifikaci Zboží a montáže tak, aby bylo z takto doplněné specifikace jednoznačně vyplývalo splnění **všech** požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci; a
- do přílohy č. 2 kupní smlouvy účastník zadávacího řízení bez jakýchkoli změn doplní statický posudek, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace; a současně
- do harmonogramu uvedenému v příloze č. 3 účastník zadávacího řízení doplní na vyznačených místech lhůty pro splnění jednotlivých etap, přičemž součet délek všech těchto lhůt nesmí přesáhnout dobu 21 kalendářních dnů.

VI. JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

VI.1. Povinné doklady

Součástí nabídky musí ke každé části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, být následující doklady v českém jazyce (není-li dále stanoveno jinak):

- údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení;
- čestné prohlášení či jiný doklad o **splnění oznamovací povinnosti** účastníka zadávacího řízení dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, jestliže se tato povinnost na Zboží vztahuje;
- čestné prohlášení dodavatele, že **zabezpečí servisní podporu výrobku na minimálně 10 let** od dodání předmětu části veřejné zakázky (případně od ukončení výroby, pokud byla ukončena před dodáním předmětu části veřejné zakázky zadavateli);
- **uživatelský návod** ke Zboží v českém jazyce na CD, DVD nebo na USB flash disku ve formátu DOC, DOCX, RTF nebo PDF, a to vždy; pokud výrobce předmětu části veřejné zakázky nemá sídlo v České republice, předloží tento uživatelský manuál současně v anglickém jazyce, a to na CD, DVD nebo na USB flash disku ve formátu DOC, DOCX, RTF nebo PDF;
- **čestné prohlášení**, že Zboží má **CE certifikát a prohlášení o shodě** dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce;
- označení přístroje „CE“ v uživatelském manuálu.

VI.2. Doporučené doklady

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli účastníka zadávacího řízení, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době;
- seznam možného příslušenství poskytovaného účastníkem zadávacího řízení včetně aktuálních cen;
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem Zboží;
- vyčíslení ročních nákladů na spotřební materiál;

- ceník náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné po dobu životnosti přístroje pravidelně měnit (cena za ks, perioda výměny),
- celková cena předepsaných servisních služeb (včetně opakovaně měněných náhradních dílů, preventive maintenance kitů apod.) po dobu životnosti (účastník zadávacího řízení uvede výrobcem stanovenou životnost) přístroje (cena za výrobcem předepsané preventivní prohlídky, servisní údržby, kalibrace, validace, revize, náhradní díly s omezenou životností, preventive maintenance kity, service maintenance kity aj.); příp. po dobu 10 let není-li životnost přístroje výrobcem stanovena.

VI.3. Výhrady zadavatele pro obě kategorie částí veřejné zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení při neobdržení finančních prostředků z dotace;
- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům zadávacího řízení shodně a stejným způsobem;
- upravit předložený návrh kupní smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti této smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;
- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem.

VII. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky umožní prohlídku místa plnění. **Sraz zájemců o prohlídku místa plnění bude u vrátnice Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, ulice Jihlavská 20, 625 00 Brno (tzv. stará zástavba), a to dne 12. 2. 2020 ve 13:00 hod.** Kontaktní osoba je vedoucí Správy budov – Patrik Dymanus, tel. 725 503 044.

VIII. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude zpracována jako **celková nabídková, tj. kupní cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky**, jak je specifikován v této zadávací dokumentaci a v návrhu kupní smlouvy (včetně statického posudku, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace), který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, a to v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), včetně DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH.

Účastník zadávacího řízení dále v nabídce uvede **ceny jednotlivých dílčích položek (komponent)**, ze kterých se předmět veřejné zakázky skládá.

IX. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není

povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem **alespoň 7 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz (viz též kap. XII této zadávací dokumentace).

X. PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel akceptuje nabídky **pouze v elektronické podobě**.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK **dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/>**

Nabídka bude pro všechny části veřejné zakázky zpracována v českém jazyce a předložena ve formátu RTF, DOC, DOCX nebo PDF.

Účastník zadávacího řízení předloží jako součást nabídky **v samostatném souboru** elektronickou verzi kupní smlouvy uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, **a to ve formátu RTF, DOC nebo DOCX**. Elektronická verze kupní smlouvy musí být řádně vyplněna v souladu s touto zadávací dokumentací, a to včetně všech příloh. Celá elektronická verze kupní smlouvy **včetně příloh** musí být **v jednom souboru** a musí být celá **strojově čitelná** v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

V případě, že obsah některé přílohy kupní smlouvy nebude strojově čitelný dle zákona o registru smluv, předloží účastník zadávacího řízení takovou přílohu **rovněž jako samostatný soubor**, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. ve formátu XLS nebo XLSX)¹. Zadavatel ve vztahu k podmínkám strojové čitelnosti zejména upozorňuje, že tabulky nebo texty vložené **jako obrázky** do textového souboru se smlouvou podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv **nesplňují**. **V případě, že obsah doplňovaný do příloh smlouvy účastníkem zadávacího řízení podmínky strojové čitelnosti nesplňuje, musí jej účastník zadávacího řízení předložit jako součást nabídky v samostatném souboru, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. technická specifikace v samostatném PDF souboru s textovou vrstvou, cenová nabídka v samostatném XLSX souboru apod.)**.

Jednotlivé soubory nabídky musí být pojmenovány tak, aby bylo jednoznačné, jaký soubor má jaký význam.

¹ To neplatí ve vztahu ke statickému posudku, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, neboť zadavatel jej ve strojově čitelné podobě již má.

Součástí nabídky musí být rozpis jednotlivých položek předmětu veřejné zakázky pro zavedení do majetku zadavatele.

Struktura nabídky:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů;
- Krycí list účastníka obsahující identifikační údaje účastníka, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu, ID datové schránky apod;
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních podmínek dle bodu III. této dokumentace;
- Další doklady dle této zadávací dokumentace;
- Cenová nabídka zpracovaná dle této zadávací dokumentace;
- Návrh kupní smlouvy uvedený v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a zpracovaný dle této zadávací dokumentace včetně příloh ve formátu *.DOC, *.DOCX nebo *.RTF.

XI. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to tak, že budou seřazeny podle nabídkové ceny bez DPH od nejnižší do nejvyšší. **Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.**

XII. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELE A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE;**
- datové schránky zadavatele: 4twn9vt;
- e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení.

XIII. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zadavatel jako podmínku pro uzavření smlouvy bude od vybraného dodavatele dle § 122 odst. 3 zákona požadovat, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, ledaže je již bude mít k dispozici.

Zadavatel od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou a není evidován v evidenci o skutečných majitelích, dále bude požadovat, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil dle § 122 odst. 5 zákona:

- a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;
- b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
 - o výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;
 - o seznam akcionářů;

- o rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;
- o společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že podle § 211 odst. 3 zákona musí veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhat elektronicky. **Vzhledem k této povinnosti bude zadavatel doklady o kvalifikaci vyžadovat v elektronické podobě ve formě, která má povahu originálu. Doklady dle § 122 odst. 5 zákona vybraný dodavatel předloží elektronicky v prostých kopiích, ledaže je vybraný dodavatel evidován v evidenci o skutečných majitelích.**

Zadavatel upozorňuje, že bez předložení kteréhokoli z výše požadovaných dokumentů nebude s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva.

Vybraný dodavatel je po uzavření smlouvy povinen zaslat zadavateli 5 dnů před plánovaným dodáním zboží vyplněnou Importní tabulku, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

XIV. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

XIV.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje **do 27. 2. 2020 v 10:00 hodin**.

XIV.2. Místo podání nabídek

Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>

XIV.3. Otevírání obálek

Otevírání nabídek proběhne **dne 27. 2. 2020 v 10:00 hodin** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>

V Brně dne 4. 2. 2020

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Brno

Přílohy:

- Příloha č. 1 – závazný návrh kupní smlouvy
- Příloha č. 2 – statický posudek
- Příloha č. 3 – importní tabulka

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel: 532 231 013, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz