

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon))

Veřejná zakázka: Ultrazvukový přístroj

dle § 217 odst. 2 písm. a)

Identifikační údaje zadavatele	Název: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. IČ: 65269705
Předmět veřejné zakázky	Dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje včetně poskytování pozáručního servisu (na základě servisní smlouvy) pro Kliniky radiologie a nukleární medicíny, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Fakultní nemocnice Brno.
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/	Smlouvy nebyly uzavřeny.

dle § 217 odst. 2 písm. b)

Zvolený způsob zadávacího řízení	Otevřené nadlimitní řízení
----------------------------------	----------------------------

dle § 217 odst. 2 písm. c)

Účastník č. 1

Účastník	NIMOTECH, s.r.o.
Sídlo	Šumavská 416/15
IČO:	18825605

Účastník č. 2

Účastník	S § T Plus s.r.o.
Sídlo	Novodvorská 994/138
IČO:	25701576

dle § 217 odst. 2 písm. d)

Účastník č. 1	NIMOTECH, s.r.o.
Sídlo	Šumavská 416/15
IČO:	18825605
Důvod vyloučení:	Nabídnutá lineární sonda LM4-15B neumožňuje požadované 3D/4D zobrazení. Zadavatel na základě výše uvedeného rozhodl podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona o vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Účastník č. 2	S § T Plus s.r.o.
Sídlo	Novodvorská 994/138
IČO:	25701576
Důvod vyloučení:	Nabídnutá lineární sonda širokopásmová abdominální 2D sonda C5-1 s frekvenčním rozsahem 1-5 MHz, 111° FOV, PureWave crystal technologie elementů, CEUS nebyla Zadavatelem v technické specifikaci v Zadávací dokumentaci požadována. Účastník předmětnou sondu zahrnul do celkové nabídkové ceny přístroje, ve které měly být započteny pouze sondy, které Zadavatel požadoval v technické specifikaci v Zadávací dokumentaci. Zadavatel na základě výše uvedeného rozhodl podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona o vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

dle § 217 odst. 2 písm. e)

Smlouvy nebyly uzavřeny.

dle § 217 odst. 2 písm. f)

Poddodavatelé nejsou zadavateli známi.

dle § 217 odst. 2 písm. j)

Zadavatel vyloučil z další účasti v zadávacím řízení oba účastníky zadávacího řízení. Z tohoto důvodu v souladu s § 127 odst. 1) zrušil zadávací řízení.

dle § 217 odst. 2 písm. m)

Jedná se o dodávku obdobného zboží se stejným okruhem dodavatelů.

Zpráva zpracována dne:	25.1.2021
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Prof. MUDr. Jaroslav Štěrbá, Ph.D.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	