

Naše zn.: 2022/47073/FNBrno - 15.2.1 – Eg/Ho
Vaše zn.: -

V Brně dne 21. března 2022

VZMR – Přístroj na podporu hojení ran, EZAK ev.č. P22V00000067

Odpověď na vysvětlení dotazů

Dotaz č.1:

V příloze č.1 Technická specifikace je podmínka, že výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje kratší než 10 let.

Dovolujeme si zdvořile požádat zadavatele o zmírnění uvedeného požadavku. Většina výrobců podtlakových přístrojů na podporu hojení ran uvádí standardní životnost při používání v souladu s provozními pokyny 5 let.

Může prosím zadavatel požadavek upravit tak, aby byl v souladu s obvyklými technickými parametry?
Děkujeme.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na uváděné požadované životnosti pořizovaných přístrojů, tzn. 10 let.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Veronika Hofírková, tel. 532 232 814