

Naše zn.: 2022/93208/FNBrno- 15.2.1 – Eg/Dr
Vaše zn.: -

V Brně dne 9. června 2022

VZMR – Chladicí skříň, EZAK ev.č. P22V00000304

Odpověď na dotaz

Dotaz č. 1:

v ZD je požadavek na min. 2 ks čidla interní teploty pro připojení monitorovacího systému Falcon (vč. kalibračních listů). Domníváme se, že je levnější variantou, pokud si tato čidla zakoupíte sami u výrobce. Je možné tento požadavek zrušit?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na požadavku, aby byla čidla interní teploty včetně kalibračních listů součástí dodávky.

Dotaz č. 2:

Dále uvádíte požadavek na nastavitelné nožičky. Vzhledem k velikosti, resp. objemu jsou takto velké lednice opatřeny pojezdovými kolečky - pro lepší manipulaci. Je to akceptovatelné?

Odpověď na dotaz č. 2:

Budeme akceptovat nabízené chladicí skříně se 4 výškově stavitelnými nožičkami, skříně se 4 kolečky (min. 2 kolečka musí být vybavena brzdou) i skříně vybavené 2 kolečky a 2 výškově stavitelnými nožičkami.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Drábková, tel. 532 231 566