

Naše zn.: 2022/97752/FNBrno - 15.2.1 – Eg/Ho
Vaše zn.: -

V Brně dne 16. června 2022

VZMR – Cystoskop, EZAK ev.č. P22V00000309

Odpověď na vysvětlení dotazu

Dotaz č. 1

Bude zadavatel veřejné zakázky respektovat nesplnění bodu technické specifikace:
Možnost sterilizace ethylenoxidem při 55 °C?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, požadavek na sterilizaci ethylenoxidem je možno vypustit.

Dále zadavatel mění bod č. 9 Termín podání nabídky a prodlouží lhůtu pro podání nabídek ze dne 16.06.2022 na 23.06.2022 do 11.00 hod.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Ing. Veronika Hofírková, tel. 532 232 814