

Naše zn.: 2022/143159/FNBrno- 15.2.1 – Lu/Ho
Vaše zn.: -

V Brně dne 12. září 2022

VZMR – Systém pro digitální PCR, EZAK ev.č. P22V00000476

Odpověď na vysvětlení dotazů

Dotaz č. 1:

Zadávatel požaduje aby súčasťou dodávky bol monitor o veľkosti 24". Bude zadávateľ akceptovať riešenie v ktorom je dodávaný monitor o veľkosti 19"?

Odpověď č. 1:

ANO, zadavatel bude akceptovat monitor o velikosti 19".

Dotaz č. 2:

Zadávateľ ďalej požaduje možnosť ručného vylúčenia mikroobjemov z analýzy. Bude zadávateľ akceptovať riešenie, v ktorom je vylúčenie falošne pozitívnych mikroobjemov automatické?

Odpověď č. 2:

ANO, zadavatel bude akceptovat automatické vyloučení falešně pozitivních mikroobjemů.

Dotaz č. 3:

Změna kupní smlouvy v bodě VII.5

V bode VII.5, kde zadávateľ požaduje "Zahájit práce na odstranění vad Zboží vzniklých v Záruční době do 1 pracovního dne od jejich oznámení Prodávajícím. Prodávající je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejich oznámení Kupujícím a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu."

Z dôvodu, že sa nejedná o dodávku prístroja, ktorý je určený pre akútnu diagnostiku, žiadam o predĺženie lehoty 1 pracovného dňa - na lehotu 4 pracovných dní na nástup k oprave, od nahlásenia a povinnosť odstránenia väd v prípade, že nie je potrebný náhradný diel z 3 pracovných dní na 8 pracovných dní.

Odpověď č. 3:

ANO, zadavatel akceptuje změnu kupní smlouvy na: "Zahájit práce na odstranění vad Zboží vzniklých v Záruční době do 4 pracovního dne od jejich oznámení Prodávajícím. Prodávající je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 8 pracovních dnů od jejich oznámení Kupujícím a ve lhůtě do 8 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu."

Dotaz č. 4

Změna kupní smlouvy v bodě VII.7

V bode VII.7 zadávateľ požaduje "v prípade nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy Zboží zapůjčí a nainstaluje Kupujícím bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží."

Z dôvodu, že sa jedná o sofistikovaný prístroj s náročnou inštaláciou a súčasne nie je určený pre akútnu diagnostiku, žiadam o možnosť nahradiť túto povinnosť tým, že Predávajúci ju môže splniť

zaistením vykonania potrebných analýz na inom zariadení obdobných parametrov a shodného účelu, na inom pracovisku, na svoje náklady.

Odpověď č. 4:

ANO, zadavatel bude akceptovat změnu kupní smlouvy doplněním:

"v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy Zboží zapůjčí a nainstaluje Kupujícímu bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, NEBO prodávající zajistí vykonání potřebných analýz na jiném zařízení s obdobnými parametry a shodného účelu, na jiném pracovišti, a to na své náklady.

Dále zadavatel mění bod č. 9. Termín podání nabídky a prodlouží lhůtu pro podání nabídek ze dne 13. 09. 2022 na 16. 09. 2022 do 11.00 hod.

S pozdravem

Ing. Veronika Hofírková
obchodního oddělení FN Brno – úsek evropských fondů