

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: 71234621/0100

Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS

www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2014/.../FNBRNO – 15.2.2 – Va/St

Vaše zn.: -

Brno 29. října 2014

Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem zakázky je „**Rozšíření systému na výpočet efektivní dávky na pacienta – digitální skiografie-připojení 2ks, mamografie 1ks**“ pro Oddělení pro radiační dohled, FN Brno, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

2. Místo a doba plnění

- Místem plnění je PRM, PDM, FN Brno
- Doba plnění – v co nejkratším termínu

3. Podmínky pro plnění

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
- vlastní nabídku
- záruční lhůta 24 měsíců
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

4. Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text kupní smlouvy k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Naše zn.: 2014/.../FNBRNO – 15.2.2 – Va/St

1 / 5

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

- Celková nabídková cena bez DPH a včetně DPH bude zpracována včetně dopravy, s vyčíslením DPH zvlášť.
- Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu se splatností 4 rovnoměrných splátek, první splátka bude uhrazena se splatností 60 dnů od data vystavení faktury, každá další splátka 30 dnů od úhrady předchozí splátky. Nedílnou součástí faktury bude splátkový kalendář, datum splatnosti faktury bude shodné s datem poslední splátky. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den protokolárního předání zboží prodávajícím kupujícímu.

6. Způsob hodnocení nabídek

- Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

7. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

- Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny

8. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit výběrové řízení

9. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 11.11. 2014 do 11,00 hod.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- osobně na výše uvedené adrese pavilon P, Odboru a marketingu – Obchodní oddělení, přízemí, dveře č.1062 v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod.

nabídka bude označena – „**Nabídka – Rozšíření systému na výpočet efektivní dávky na pacienta – digitální skiografie, mamografie - Neotvírat**“

10. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

vz. Martina Střechová

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 1

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

Rozšíření systému na výpočet efektivní dávky na pacienta - digitální skiagrafie 2 ks

Musí umožňovat:

výpočet absorbované efektivní dávky a orgánových dávek obdržených pacienty při skiagrafickém vyšetření na níže uvedených skiagrafických digitálních rtg ve FN Brno, Klinika dětské radiologie, Pracoviště dětské medicíny:

Ortopedie

FOMEI HF 50R,

generátor PROVOTEC, v.č. S101 0203

rentgenka

DEFINIUM 8000,

generátor GE model 5120285, v.č. 104275DP3

rentgenka model 46155318G33, v.č. 130315TX5

- systém musí umožňovat příjem obrazových dat z archivu Agfa IMPAX prostřednictvím protokolu DICOM 3.0.
- systém musí umožňovat připojení dalších přístrojů, které splňují podmínky připojení
- systém musí umožňovat manuální zadávání minimálně těchto dat: vstupní data pro výpočet orgánových a efektivních dávek obdržených pacienty při lékařském ozáření je možné rozdělit do několika skupin: data o pacientovi (hmotnost, výška, ...), data o expozici a konfigurační data přístroje. Pokud libovolný údaj chybí, systém musí umožňovat jeho manuální doplnění pro každý neúplný snímek
- systém musí umožňovat export statistických dat do datového souboru (formát .xls) Statistické přehledy za definované časové období: Počty snímků, počty výkonů dle klasifikace ČRK, průměrné hodnoty KAP na jednotlivých přístrojích, průměrné dávky na jednotlivých přístrojích.

Kompatibilita se stávajícím systémem pro výpočet dávek ve FN Brno

Další podmínky:

Soulad s platnou legislativou:

- Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 373/2011 Sb, o specifických zdravotních službách

Standardy zdravotní péče - Národní radiologické standardy – RF, RT, NM, RDG – Diagnostická část a Intervenční radiologie; Věstník_MZ ČR, _částka_09/2011 ze dne 24.8.2011 (str. 24-437)- požadujeme nový sw (ne demo, ne repas, ...)

- délka záruky min. 24 měsíců
- autorizovaný servis v ČR
- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době
- bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti
- 2x návod v ČJ (1x tištěný a 1x na CD/DVD) při dodání
- roční náklady na spotřební materiál

Rozšíření systému na výpočet střední dávky v mléčné dráze - mamografie 1 ks

Musí umožňovat:

výpočet střední dávky v mléčné žláze obdržené pacienty při mamografickém vyšetření na digitálním mamografu ve FN Brno, Radiologická klinika, Pracoviště reprodukční medicíny, :

Mammomat Inspiration, v.č. 3705

zářič P40MoW-100G, v.č. 3530

rentgenka P40MoW, v.č. 502765

- systém musí umožňovat příjem obrazových dat z archivu Agfa IMPAX prostřednictvím protokolu DICOM 3.0.
- systém musí umožňovat připojení dalších přístrojů, které splňují podmínky připojení
- systém musí umožňovat manuální zadávání minimálně těchto dat: vstupní data pro výpočet orgánových a efektivních dávek obdržených pacienty při lékařském ozáření je možné rozdělit do několika skupin: data o pacientovi (hmotnost, výška, ...), data o expozici a konfigurační data přístroje. Pokud libovolný údaj chybí, systém musí umožňovat jeho manuální doplnění pro každý neúplný snímek. V případě mamografie se bude jednat o střední dávku v mléčné dráze.
- systém musí umožňovat export statistických dat do datového souboru (formát .xls) Statistické přehledy za definované časové období: podle tloušťky mléčné žlázy, věku...

Kompatibilita se stávajícím systémem pro výpočet dávek ve FN Brno

Další podmínky:

Soulad s platnou legislativou:

- Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 373/2011 Sb, o specifických zdravotních službách

Standardy zdravotní péče - Národní radiologické standardy – RF, RT, NM, RDG – Diagnostická část a Intervenční radiologie; Věstník_MZ ČR, _částka_09/2011 ze dne 24.8.2011 (str. 24-437)- požadujeme nový sw (ne demo, ne repas, ...)

- délka záruky min. 24 měsíců
- autorizovaný servis v ČR
- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době
- bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti

Naše zn.: 2014/.../FNBRNO – 15.2.2 – Va/St

4 /5

- 2x návod v ČJ (1x tištěný a 1x na CD/DVD) při dodání
- roční náklady na spotřební materiál