

Naše zn.: 2023/54113/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ho
Vaše zn.: -

V Brně dne 30. března 2023

VZMR – Bateriové vrtačky a pily, EZAK č. P23V00000076

Odpověď na vysvětlení dotazu

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci "Technická specifikace - vrtačka" - zadavatel požaduje rychlost otáček min. 0 –1 700 ot./min.

Bude zadavatel akceptovat otáčky vrtání 1500 ot./min. při zachování medicínského účelu?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel **bude akceptovat** nabízenou variantu vrtaček s počtem otáček vrtání i 1500 ot/min pokud jsou otáčky plynule regulovatelné od 0 do 1500 silou stlačení ovládacího tlačítka a při splnění všech dalších podmínek plynoucích z technické specifikace.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci "Technická specifikace - vrtačka" - zadavatel požaduje 1 ks nástavec "JACOBS", upnutí nástroje v rozmezí min. 0,5 a méně - 7,3 mm.

Bude zadavatelem akceptován upínací průměr sklíčidla 0,5 – 6,35mm, který se běžně v ortopedii i traumatologii používá a vyhovuje všem potřebným zákrokům?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel **nebude akceptovat** nabízenou variantu průměru sklíčidla 0,5-6,35 mm a trvá na průměru sklíčidla požadované ve vyhlášené technické specifikaci.

Dotaz č. 3:

V zadávací dokumentaci "Technická specifikace - vrtačka" - zadavatel požaduje 1 ks nástavec frézovací s minimálními otáčkami 300 ot/min.

Bude zadavatelem nástavec s otáčkami 270 ot/min, který se běžně v ortopedii i traumatologii používá a vyhovuje všem potřebným zákrokům?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel **nebude akceptovat** frézovací nástavec s otáčkami 270/min a trvá na počtu otáček frézovacího nástavce požadovaných ve vyhlášené technické specifikaci

Dotaz č. 4:

V zadávací dokumentaci "Technická specifikace - vrtačka" - zadavatel požaduje rychlospojku pro Kirschnerovi dráty s rozsahem minimálně průměr min 1 – 4,0 mm.

Bude zadavatel akceptovat nabídku dvou rychlospojek s rozsahem o průměru 0,6 – 2,2mm a 2,0 – 4mm?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel **bude akceptovat** i nabízenou variantu dvou rychlospojek pro Kirschnerovy dráty s rozsahem průměru 0,6 – 2,2 mm a 2,0 – 4,0 mm za podmínek splnění ostatních požadavků plynoucích z technické specifikace.

Dotaz č. 5:

V zadávací dokumentaci "Technická specifikace - vrtačka" - zadavatel požaduje 1 ks nástavec Hudson s minimálními otáčkami 330 ot/min.

Bude zadavatelem nástavec s otáčkami 270 ot/min, který se běžně v ortopedii i traumatologii používá a vyhovuje všem potřebným zákrokům?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel **nebude akceptovat** nástavec Hudson s počtem otáček 270 ot/min a trvá na počtu otáček u nástavce Hudson požadovaných ve vyhlášené technické specifikaci.

S pozdravem

Ing. Veronika Hofírková
Obchodní oddělení - úsek pořizování investic

Vyřizuje: Ing. Veronika Hofírková, tel. 532 232 814