

Naše zn.: 2023/166765/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ho

V Brně dne 9. listopadu 2023

## **VZMR – Laminární box pro TTO**

E-ZAK sys. č. P23V00000576

### **Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace**

#### **Dotaz č. 1:**

1. V TS máte uveden požadavek:  
výškově stavitelný stativ (700-900) mm

Je pro vás přípustné nabídnutí fixního stojanu s výškou 800 mm, kdy při umístění přístroje bude pracovní plocha v ergonomické výšce 880 mm?

#### **Odpověď č. 1:**

Pro zadavatele je tato změna přípustná.

#### **Dotaz č. 2:**

Dále prosíme o úpravu článku VII.6 poskytnutého návrhu kupní smlouvy v souladu s přílohou 3. a vaší ZD a také článku IV.5 vzorové servisní smlouvy a doplnění textu z TS a dle ZD „pokud to charakter přístroje umožňuje“.

#### **Odpověď č. 2:**

Zadavatel tuto změnu akceptuje.

#### **Dotaz č. 3:**

Prosíme o doplnění do článku IV.4 návrhu servisní smlouvy ke stanoveným lhůtám (48 hodin a 72 hodin), že se jedná o pracovní dny.

#### **Odpověď č. 3:**

Zadavatel tuto změnu akceptuje.

#### **Dotaz č. 4:**

Prosíme u úpravu článku VI.3 vzorové servisní smlouvy a lhůty 6 měsíců kdy nám je takto na náhradní díly poskytnuta záruka ze strany výrobce.

#### **Odpověď č. 4:**

Zadavatel tuto změnu akceptuje.

#### **Dotaz č. 5:**

Prosíme o úpravu článku VII.4 vzorové servisní smlouvy a lhůty na dobu 5 ti let.

**Odpověď č. 5:**

Zadavatel tuto změnu akceptuje.

Ing. Veronika Hofírková  
obchodní oddělení FN Brno