

Naše zn.: 2023/176273/FNBrno- 15.2.1 – Lu/Ru

V Brně dne 6. prosince 2023

## **VZMR – Lůžka pro spánkové centrum**

E-ZAK sys. č. P23V00000615

### **Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace**

#### **Dotaz č. 1:**

V technické specifikaci je uvedeno: ložná plocha výškově nastavitelná minimálně v rozsahu 30 – 80 cm. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat dodání lůžek s výškově nastavitelnou ložnou plochou v rozsahu 38 – 79 cm?

#### **Odpověď č. 1:**

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení a trvá na původní specifikaci.

#### **Dotaz č. 2:**

V technické specifikaci je uvedeno: dělené teleskopické postranice, z odlehčeného materiálu (např. hliník, dural), aretovatelné minimálně ve 3 výškách, s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy dle normy. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat dodání lůžek s dělenými postranicemi z odlehčeného plastového materiálu určeného pro nemocniční lůžka, aretovatelné ve 2 výškách, s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy dle normy?

#### **Odpověď č. 2:**

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení a trvá na původní specifikaci.

#### **Dotaz č. 3:**

V technické specifikaci je uvedeno: snadno odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení, hliníková (nebo z jiného lehkého kovu např. dural). Dotaz: Bude zadavatel akceptovat dodání lůžek se snadno odnímatelnými čely s aretací proti samovolnému vytažení z plastového materiálu určeného pro nemocniční lůžka?

#### **Odpověď č. 3:**

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení a trvá na původní specifikaci.

S pozdravem

Ing. Veronika Hofírková  
obchodní oddělení FN Brno