

Naše zn.: 2024/42543/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Jo

V Brně dne 29. dubna 2024

## **VZMR – Vyšetřovací jednotka pro KDORL**

E-ZAK sys. č. P24V00000289

### **Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace**

#### **Dotaz č. 1:**

1. Zadavatel požaduje v technické dokumentaci:

Skříň pro instrumenty s minimálně dvouúrovňovou instrumentační plochou, spodní posuvná vpřed pro lepší dosah lékaře, s rolovacím krytem instrumentační plochy. Rolo kryt se při otevření zasouvá do skříňky a nepřekáží v prostoru.

Dodavatel může dodat odpovídající typ skříňky. Výrobce však nyní nabízí nový moderní hygienický koncept instrumentační skříňky. Z důvodu dnes každodenního výskytu infekčních chorob, především černý kašel u dětských pacientů, jsou veškeré instrumenty a materiál uloženy v uzavřených šuplících bránících kontaminaci. Šuplíky lze otevírat pouhým dotykem lokte, nohou nebo kolenem. Vrchní část kabinetu tvoří pouze rovná snadno dezinfikovatelná plocha. Počet šuplíků, odpadkový koš i šuplík s nádobou pro odhazování nástrojů jsou i nadále součástí instrumentačního kabinetu.

Bude zadavatel akceptovat toto nové hygienické řešení instrumentačního kabinetu? Je pro vás přípustné nabídnutí fixního stojanu s výškou 800 mm, kdy při umístění přístroje bude pracovní plocha v ergonomické výšce 880 mm?

#### **Odpověď č. 1:**

Zadavatel bude akceptovat toto navrhované řešení skříňky pro instrumenty a zároveň i řešení původně požadované.

Nikol John, BA  
obchodní oddělení FN Brno