

Naše zn.: 2024/53396/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Jo

V Brně dne 29. května 2024

VZMR – Rotační mikrotom

E-ZAK sys. č. P24V00000433

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

V příloze č. 1 Technická specifikace rotační mikrotom zadavatel požaduje:

- horizontální rozsah 30mm.

Bude zadavatel akceptovat hodnotu 28+1mm, tedy o pouhý milimetr méně?

Odůvodnění požadavku:

Standartní kazeta pro upnutí má výšku 6mm, dvojitá kazeta pak 12mm, i v případě započítání výšky samotného vzorku, který celkovou výšku zdvojnásobí je maximální výška 12+12 tedy 24mm. Z tohoto důvodu je dnes běžným standardem poskytování horizontálního posuvu v hodnotách kolem 28mm, což poskytuje dostatečnou rezervu pro upnutí standartních i mega kazet s dvojitou výškou.

Odpověď č. 1:

Pro zadavatele je tato změna přípustná.

Nikol John, BA
obchodní oddělení FN Brno