

Naše zn.: 2024/64063/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Jo

V Brně dne 28. června 2024

VZMR – Kolposkop

E-ZAK sys. č. P24V00000508

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci mi po prostudování chybí jakékoliv zobrazovací zařízení tak, aby uživatel měl možnost sledovat obrázek z kamery a přitom alespoň možnost zkontrolovat přesné zaostření kolposkopu na vzorek. I při malé odchylce od ideálního zaostření mohou být uložené obrázky neostré.

Z tohoto důvodu navrhuji doplnit specifikaci o:

- 1) Monitor alespoň 14",
- 2) Držák monitoru s možností výškového a stranového nastavení monitoru a s možností otáčení monitoru.

Souhlasí zadavatel s doporučením a doplněním zadávací dokumentace?

Odpověď č. 1:

Pro zadavatele je tato změna přípustná a oba body doplňujeme do technické specifikace.

Nikol John, BA
obchodní oddělení FN Brno